



JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

PUBLIC HEALTH INSTITUTE
OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

IBB: 4400963610001 • MB: 1752642 B.R.U: 5-43-00 • Ž.R: 552-000-0000-5787-65 Addiko Bank a.d. • Ž.R: 562-100-80000177-30 NLB banka a.d. Banja Luka

Број: 500-4619-2/20
Датум: 22.07.2020. године

На основу члана 28. Статута ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, члана 70. став 4) Закона о јавним набавкама и препоруке Комисије за јавне набавке, утврђене записником број 500-4619-1/20 од 22.07.2020. године, в.д. директора дана 22.07.2020. године доноси *слједећу*

ОДЛУКУ о поништењу поступка јавне набавке

I

Поништава се поступак јавне набавке RT PCR тестова на SARS CoV-2 за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, број: 500-4436-4/20.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о извршењу исте стараће се Служба за економско финансијске послове.

III

Саставни дио ове одлуке чини записник о процјени понуда број: 500-4619-1/20 од 22.07.2020. године који се уз одлуку просљеђује свим понуђачима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку RT PCR тестова на SARS CoV-2 за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и детаљног прегледа пристиглих понуда и суштинском провјером садржаја и валидности достављене документације, Комисија је утврдила *слједеће*:

Понуда понуђача „Брома бел“ д.о.о., Бања Лука не испуњава захтијеване техничке карактеристике из разлога што се све секвенце не детектују у истој 0,2 ml PCR епрувети, тачка 2.4. Тендерске документације.

Понуда понуђача „Biomedica“ д.о.о., Илиџа-Сарајево не испуњава све услове прописане Тендерском документацијом 500-4436-4/20 из разлога што понуда не садржи документе тражене тачком 4.3. под 9. Оригинал или овјерена копија Рјешења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ са свим Прилозима који чине саставни дио Рјешења, као доказ да је понуђена роба регистрована у БиХ, те захтијеване техничке карактеристике из разлога што тест садржи само N ген, али не и остале секвенце за детекцију, тачка 2.4. Тендерске документације.

Полазећи од горе наведених констатација, Комисија је утврдила да наведени понуђачи не испуњавају квалификационе услове, те даје препоруку в.д. директора Уговорног органа да у складу са чланом 69. став 2) под д) Закона о јавним набавкама „*ниједна од примљених понуда није прихватљива*“ поступак набавке **поништи у цијелости**.

Сходно горе изложеном в.д. директора Уговорног органа је одлучио као у диспозитиву.

78 000 Бања Лука / Banja Luka
Јована Дучића / Jovana Ducića 1

ИЈЗРС  IJZRS
info@phi.rs.ba • www.phi.rs.ba

Тел / Tel: +387 (0)51 491 600
Факс / Faks: +387 (0)51 216 510; 215 751

Posjedujemo sistem menadženta kvaliteta BAS EN ISO 9001:2015 (SRPS ISO 9001:2015) sertifikovan od strane Management Systems Certifications d.o.o. Beograd

ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је наручилац (Уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци и подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми најкасније 5 (пет) дана од дана пријема обавјештења о резултату поступка јавне набавке. Жалба се подноси Уговорном органу у писаној форми.

ДОСТАВЉЕНО:

- Свим учесницима у поступку набавке 2x
- Самосталном референту набавке
- А/а

в.д. Директора
Бранислав Зељковић, магистар фармације

